

# 【Dダイマー単位別】

単位:  $\mu\text{g/mL}$

除外方法: 除外と $\pm 3\text{SD}2$ 回除去

G-1:121件 / G-2:121件 / G-3:121件

試料	全試料				除外後:除外と $\pm 3\text{SD}2$ 回除去				除外後		除外数	
	件数	平均	SD	CV(%)	件数	平均	SD	CV(%)	最小	最大	件数	%
<i>Dダイマー 単位別</i> (#415001) <i>DDU</i>												
G-1	105	0.6302	1.7856	283.35	102	0.3788	0.1881	49.66	0.000	0.900	3	2.9
G-2	105	4.8780	0.7724	15.83	104	4.9014	0.7379	15.06	3.620	6.900	1	1.0
G-3	105	12.4387	2.1967	17.66	102	12.7303	1.3061	10.26	9.130	16.300	3	2.9
<i>Dダイマー 単位別</i> (#415002) <i>FEU</i>												
G-1	6	1.4250	3.1478	220.90	6	1.4250	3.1478	220.90	0.100	7.850	0	0.0
G-2	6	3.0090	0.0757	2.51	6	3.0090	0.0757	2.51	2.860	3.060	0	0.0
G-3	6	6.4735	3.0750	47.50	6	6.4735	3.0750	47.50	0.220	8.088	0	0.0
<i>Dダイマー 単位別</i> 未回答												
G-1	10	0.1844	0.1322	71.69	10	0.1844	0.1322	71.69	0.044	0.500	0	0.0
G-2	10	4.9096	1.3548	27.59	10	4.9096	1.3548	27.59	2.830	7.050	0	0.0
G-3	10	11.6608	2.8603	24.53	10	11.6608	2.8603	24.53	6.800	16.460	0	0.0